

Муниципальное автономное
учреждение здравоохранения
администрации г. Иркутска
«Городская клиническая больница № 10»

ОТЗЫВ

Гематологический контроль Boule Con – Diff – N. Проведено тестирование контроля в течении 2-х месяцев с конца марта по середину мая 2013 года.

Не смотря на то, что срок годности истек в конце апреля 2013г. Контроль показал стабильные результаты не выходящие за пределы указанных значений в прайс-листе.

Гематологический контроль Boule Con – Diff – N можно использовать для проведения внутрилабораторного контроля качества.

24.05.13

Заведующая КДЛ -



О.А.Полякова