

**Отзыв о приборе URiCKAH-про**

Мочевой анализатор URiCKAH-про установлен и введен в эксплуатацию 29.06.16.

За период с 29.06.16 по 29.07.16 г на анализаторе URiCKAH-про было выполнено 2197 исследований образцов мочи беременных женщин.

У мочевого анализатора URiCKAH-про высокая производительность, поэтому он удобен для проведения большого количества исследований.

Анализатор имеет русифицированное меню, что облегчает выполнять настройки. На URiCKAH-про оценивается 11 параметров мочи с возможностью дополнительной настройки определения цвета и мутности мочи.

Во время работы на этом анализаторе было получено меньше ложноположительных результатов по показателям уровня белка в моче (что уменьшило количество дополнительных исследований белка) и ложноотрицательных результатов по параметру кровь/эритроциты.

Ежедневное обслуживание Анализатора мочи URiCKAH-про не вызывает затруднений. Удобна очистка съемной направляющей пластины и толкателя для полосок (в отличие от мочевого анализатора CL 500).

Ранее исследования мочи выполнялись на мочевом анализаторе CL 500.

Зав. КДЛ Юабова Е.Ю.

08.08.16

СПб ГУЗ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 22  
Выборгского района ул. Сикейроса  
д. 10, корп. 2. тел. 296-31-00  
лиц. № 78-01-000737 от 24.11.2006