

ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 32
т. 8(499) 322-36-49

Отзыв о работе прибора «анализатор мочи на тест-полосках URiСКАН-про».

Опыт эксплуатации данного прибора около двух лет в лаборатории со средним количеством ОАМ до 200 в день.

За время использования данный прибор зарекомендовал себя с наилучшей стороны:

- достаточно большая пропускная способность, без негативных эмоций можно сделать до 200 анализов мочи (учитывается пробоподготовка и последующая микроскопия с выдачей заключения);
- небольшие габариты прибора;
- доступный и интуитивно понятный интерфейс (не требует специального обучения «встал и работай»);
- простота калибровки, не требующая специальных средств, кроме самой тест-полоски и дистиллированной воды;
- хорошо интегрируется с ЛИС
- за время эксплуатации отказов в работе не зафиксировано.

Врач клинической лабораторной диагностики



Кривец С.А.